

|   |  |
|---|--|
| <b>ANEXO II.B</b>   | <b><u>PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS</u></b> |
|  |  |

| POSIBILIDAD DE EXPOSICIÓN          | 1 MSV < DOSIS ANUAL ≤ 6 MSV | DOSIS ANUAL > 6 MSV  |
|------------------------------------|-----------------------------|--|
| Clasificación de trabajadores      | Clase B                     | Clase A  |
| Clasificación de zonas             | Vigilada                    | Controlada   |
| Vigilancia del ambiente de trabajo | Sí<br>Dosimetría de área    | Sí<br>Si hay riesgo de contaminación: EPI y detectores de radiación obligatorios |
| Vigilancia individual              | No                          | Sí<br>Dosimetría personal  |
| Vigilancia específica de la salud  | No                          | Sí<br>Inicial y anual  |

Nota: Por debajo de una dosis anual de 1 mSv se considera que no hay exposición